



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА
ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

(ВЦ ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)

вул. Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067-54-81-620,

E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneolc@gmail.com, Web: <http://sesrivne.gov.ua>, код ЄДРПОУ 38503358

Випробувальний центр ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ» акредитований Національним
агентством з акредитації України на випробування відповідно до
ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20808 чинний до 23 05 2027

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник випробувального центру

Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

«30» липня 2024 року

СЕРТИФІКАТ № 386-БУ від «30» липня 2024 року.

на вміст радіоактивних речовин в продукції

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГОЛДЕНБАУ»

90300, Закарпатська область, Берегівський район, місто Виноградів, вул.Партизанська, будинок
62, код ЄДРПОУ 44117811

Виданий за результатами радіологічних випробувань продукції від "30" липня 2024р.

Реєстр номер	Назва продукції	Партія	Виробник	Питома активність радіонуклідів (Бк/кг)			
				Ra ²²⁶	Th ²³²	K ⁴⁰	Aeф.
1085	Суміші будівельні сухі модифіковані(об'єднана проба) код ДКПП 23.64.10	зразок	ТзОВ"Голденбау"90300 Закарпатська обл, Бере- гівський район, м. Ви- ноградів,вул.Партизан - ська, буд. 62,код ЄДРПОУ.44117811	<22	<11	<98	42

Використані засоби вимірювань:Гамма-спектрометр СЕГ-05 розширена невизначеність 11%
калібрований 04.2023р

Умови проведення випробування: t - 20С⁰, φ - 76%, атмосферний тиск 758мм рт.ст.

Методика вимірювань: „Методика измерения активности гамма-излучающих радионуклидов
(МВИ 4/86).

Доставлена замовником проба відповідає вимогам НРБУ-97 (I клас Aeф.≤ 370 Бк/кг).

Термін дії сертифікату до “30” липня 2025 року.

Лікар з радіаційної гігієни

Володимир КУЗНЕЦОВ